



H. Cámara de Diputados
ENTRE RÍOS

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SOLICITA AL PODER EJECUTIVO SE SIRVA INFORMAR:

Primero: Qué informes actualizados cuenta a la fecha respecto de los problemas estructurales del sistema eléctrico del hospital San Roque.-

Segundo: Si ha tomado conocimiento que con fecha 9/9/23, un paciente, un medico e instrumentadora recibieron una descarga eléctrica con el uso de un electro bisturí.-

Tercero: Si como consecuencia de ello debieron cerrarse quirófanos.-

Cuarto: Anterior a la fecha del 9 de septiembre se produjeron varios incidentes de descargas eléctricas graves, si tiene conocimiento y que acciones de llevaron adelante.-

Quinto: Si tiene conocimiento que, en el el mes de abril del corriente, estuvo una semana la torre del hospital con problemas de electricidad, con cortes de más de una hora en que los médicos en la terapia, con ayuda de los padres debieron bolsear (BVM, dispositivo manual utilizado para proporcionar ventilación) a sus hijos mientras los respiradores no tenían suministro eléctrico.-

Sexto: Si todo lo relacionado a la electromedicina fue debidamente revisado, habida cuenta de las descargas de corriente registradas, incluso en pacientes que tras las cirugías referían dolor de cuerpo generalizado compatibles con una presunta descarga eléctrica, por ejemplo, en un paciente sometido a una cirugía ocular.-

Séptimo: Si tiene conocimiento de que producto del problema de conducción eléctrica se quemó equipamiento de terapia intensiva, habiéndose prendido fuego un desfibrilador.-

Octavo: Si tomo conocimiento de una profesional del nosocomio que sufrió un cuadro de conmoción cerebral a consecuencia de que un matafuego mal colocado, cayó sobre su cabeza.-

Noveno: Si han relacionado los episodios recientes con los acaecidos en 2015, cuando por ejemplo se electrocutó un paciente, en un post operatorio de cirugía cardiovascular.-

Décimo: Si se han llevado a cabo los simulacros de evacuación siguiendo los protocolos vigentes.-

Decimoprimer: En definitiva, si el Hospital San Roque tiene garantizada hoy la seguridad para la atención de los pacientes y el cuidado adecuado del personal en servicio.

Sala de Sesiones. Paraná, 27 de septiembre de 2023.-

CARLOS SABOLDELLI
Secretario Cámara Diputados

ANGEL FRANCISCO GIANO
Presidente Cámara Diputados